

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2.

# ΟΡΓΑΝΟΛΗΠΤΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ

# Οι δοκιμαστές

**Πρέπει να εργάζονται ανεξάρτητα και ήσυχα**

- Να είναι σε κανονική φυσιολογική κατάσταση
- Να μην καπνίζουν τουλάχιστον κατά την οργανοληπτική εξέταση
- Αποφυγεί καταναλώσης διάφορα τρόφιμα (π.χ. καφέ) τουλάχιστον 1-2 ώρες πριν
- Να μη χρησιμοποιούν οδοντόκρεμες με ισχυρό άρωμα, after shave έντονα, μαστίχες κλπ.

# Οργανοληπτική Εξέταση

1. Διαφοροποίηση οίνων
  - Προτίμηση
2. Ανάλυση
  - Μέτρηση οργανοληπτικών χαρακτήρων
  - Περιγραφή οργανοληπτικών χαρακτήρων

# Ο χώρος της οργανοληπτικής εξέτασης

## Πρέπει να:

- είναι ευχάριστος
- είναι κατάλληλα φωτισμένος (λευκός φωτισμός)
- είναι απαλλαγμένος από οσμές
- έχει θερμοκρασία 20-22°C
- έχει σχετική υγρασία 60-70%
- έχει καλή ηχομόνωση
- μην έχει φανταχτερά και γυαλιστερά χρώματα

# Επίδραση φωτισμού

- Κόκκινος

1. Τα κόκκινα πιο λαμπερά
2. Τα λευκά πιο κίτρινα (πιο έντονο άρωμα)
3. Μειώνεται η ένταση της γεύσης του λευκού

- Κίτρινος

1. Τα κόκκινα πιο σκοτεινά
2. Τα λευκά πιο κίτρινα (πιο έντονο άρωμα)


- Βροχερός καιρός (πιο ευχάριστη γεύση)

# Τα κελιά των δοκιμαστών

## Πρέπει να:

- είναι ομοιόμορφα μεταξύ τους
- είναι ανεξάρτητα
- διαθέτουν ατομικά πτυελοδοχεία
- είναι άνετα και ρυθμιζόμενα καθίσματα
- διαθέτουν ατομικό φωτισμό
- διαθέτουν πάγκο σε ουδέτερο τόνο και από υλικά όχι κρύα και γυαλιστερά
- έχουν διαστάσεις 0,85 x 0,50 m
- διαθέτουν σύστημα εισαγωγής στοιχείων
- Να αποφεύγονται οι μεταλλικές επιφάνειες και να προτιμάται ως υλικό το "ευγενές" και "ζεστό" ξύλο.

# Χώρος οργανοληπτικής εξέτασης



*Figure 11.19* Diagram of the booth area in a sensory-evaluation facility (not drawn to scale). [From Stone and Sidel, 1985, by permission]

# Χώρος οργανοληπτικής εξέτασης

